

平成 29 年度除細動器仕様書

1 目的

この仕様書は、魚沼市消防本部（以下「当消防」という。）が平成 29 年度に購入する高規格救急自動車 4WD（以下「救急車」という。）に装備する除細動器について必要な事項を定める。

2 仕様

本除細動器の規格については、同等品以上の能力を有するものであること。
除細動器の仕様及び付属品については別表 1 とする。

3 製作上の問題処理

仕様内容に疑義が生じた場合は、速やかに当消防と協議し、仕様書の一部を変更することができる。

4 検査

受注者は、当消防が指示する日時及び場所で行うものとし、検査の結果、不適合または、不合格品と認められるものは、当消防の指示する日までに製品又は部品の取替えを行い、再度検査を受けるものとする。

5 保証

保証期間は、メーカー保証以外は納入検査日から 1 年とする。ただし、保証期間経過後に設計不良、製作上の欠陥等に起因する事故等が生じた場合は、無償で取替え又は改修を行うものとする。

6 納期等

- (1) 納入期限 契約締結の日から 90 日以内とする。
- (2) 納入場所 魚沼市消防本部

9 その他

当消防の指定した日に資機材の取扱い説明を実施すること。

別表 1

項目	品名(規格・仕様等)	数量
除細動器	除細動器(本体は高さ 30 cm以内、幅 23 cm以内、奥行き 22 cm以内とする。機能として定電流二相性式、成人・小児切替え式、12 誘導心電図解析、SPO2・SPCO・NIBP・EtCo2 計測機能、防塵・防水 IP55 以上、24 時間以上分のデータ保存機能付きとする。また、付属品含む。)	1 台
	SpO2、CO 計測用リユーズブルケーブル	1 本
	SpO2、CO 計測用リユーズブルセンサ(成人用)	1 個
	SpO2、CO 計測用リユーズブルセンサ(小児用)	1 個
	充電式バッテリー	2 個
	充電 r バッテリーチャージャー(バッテリー校正機能付き)	1 台